

تولید کننده سیستم های ضد عفونی کننده بر پایه اشعه ماوراء بنفش

مدل UVH-24

- از بین برنده میگروارگانسیم ها، ویروس ها، باکتری ها و ...
- لامپ های استفاده شده در این دستگاه از بهترین برند های جهان با بالاترین کیفیت (Osram و Philips) می باشند که دارای استانداردهای مختلف بین المللی هستند.



OSRAM



✓ ریموت کنترل

✓ آلارم صوتی هنگام فعال بودن

✓ نمایش خطا ها و ایرادات احتمالی

✓ چراغ قرمز چشمک زن روی پایه دستگاه

✓ تنظیم روشن شدن به صورت خودکار یا دستی

✓ شمارش معکوس ۳۰ ثانیه جهت خروج افراد از اتاق


✓ مدیریت طول عمر لامپها به همراه اخطار پایان عمر آنها

✓ قابلیت تنظیم برنامه روشن شدن در ساعات مختلف در ایام هفته

✓ سنسور حرکتی با حساسیت قابل تنظیم جهت قطع سریع سیستم

بدین وسیله گواهی می شود دستگاه UVH-24 شرکت مهندسی طب و صنعت مهند با برند MOONLIGHT دارای ۴ عدد لامپ Osram HMS 30W G13 در این آزمایشگاه بر روی باکتری های زیر بر اساس استاندارد ملی شماره ۲۲۸۰۸ مورد آزمون قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد:

شماره	باکتری	شرایط آزمون	رشد روی پلایت کشت داده شده	رشد از روی اسلاید حاوی باکتری
۱	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC25923	فاصله ۲ متری زمان ۴ دقیقه	منفی	منفی
۲	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC25923	فاصله ۳٫۵ متری زمان ۱۱ دقیقه	منفی	منفی
۳	<i>E. coli</i> ATCC 8739	فاصله ۲ متری زمان ۴ دقیقه	منفی	منفی
۴	<i>E. coli</i> ATCC 8739	فاصله ۳٫۵ متری زمان ۱۱ دقیقه	منفی	منفی
۵	<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	فاصله ۲ متری زمان ۶ دقیقه	منفی	منفی
۶	<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	فاصله ۳٫۵ متری زمان ۱۸ دقیقه	منفی	منفی
۷	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	فاصله ۲ متری زمان ۶ دقیقه	منفی	منفی
۸	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	فاصله ۳٫۵ متری زمان ۱۷ دقیقه	منفی	منفی



Model	UVH-24
Size (L*W*H)	40*50*120 cm
Portable	yes, by the wheel
Power supply	220V - 50HZ
Lamps Model	Osram HMS 30W G13
Wavelength	254 nm
Lifespan	9000 Hours
Area (m ²)	70

09128753276

@moonlightco

WWW.MoonLightCo.ir

UVC.UV_care.negatoscope

دکتر حمید هقیمی

آزمایشگاه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

Standards:



EMC